



instituut Verbeeten

patiëntveiligheid bij adaptieve RT Ethos

Scholingsdag PRIMA 14-11-2024
Michiel van den Bosch

Kracht van kennis. Kracht van leven.




Inhoud

- Ethos toestel
- Adaptieve workflow
- Prospectieve risico inventarisatie (PRI)
- Voorbeelden (bijna) incidenten en/of maatregelen



Ethos



- 1 energie: 6MV FFF
- Online adaptieve workflow op basis van CBCT
- Ook inzetbaar voor niet-adaptieve bestralingen



Ethos in Instituut Verbeeten

- 7 versnellers, waarvan 3 Ethos toestellen (T/B/DB)
- 1^e niet-adaptief Rx : juni 2022
- 1^e adaptieve Rx prostaat: jan 2024
- 1^e adaptieve Rx blaas: aug 2024

Prostaat adaptief: 29

Blaas adaptief: 7

Behandelteam: 1RTO, 1KF, 2RTT → 2RTT



Adaptieve workflow

Vooraf

CT (evt. fusie MRI/PET)
Contouren manueel
Basisplan (met optimale constraints)
Mobius (secondaire dosisberekening)

Op toestel

CBCT
Contouren A.I., manuele aanpassing
Keuze

- Scheduled plan: origineel plan op huidige anatomie
- Adaptief plan: nieuw plan (met identieke constraints)

Mobius
Bestralen




Adaptieve workflow

Vooraf

CT (evt. fusie MRI/PET)
Contouren manueel
Basisplan (met optimale constraints)
Secondaire dosisberekening: Mobius

Op toestel

CBCT
Contouren A.I., manuele aanpassing
Keuze
– Scheduled plan: origineel plan op huidige anatomie
– Adaptief plan: nieuw plan (met identieke constraints)
Mobius
Bestralen



Basisplan

Goals



1 Most Important | 4 goals

PTV6000	V95,0 % ≥ 99,0 %	99,8 %	
Body	Dmax ≤ 6300 cGy	6190 cGy	
Prostate	V95,0 % ≥ 99,9 %	100,0 %	
SeminalVesicle	V95,0 % ≥ 99,9 %	100,0 %	

2 Very Important | 6 goals | 1 alert

Bladder	V4000 cGy ≤ 50,0 %	19,4 %	
Bladder	V4800 cGy ≤ 25,0 %	13,1 %	
Bladder	V6000 cGy ≤ 5,0 %	1,3 %	
Rectum	V5700 cGy ≤ 15,0 %	15,9 %	Alert
Rectum	V4000 cGy ≤ 60,0 %	37,0 %	
Rectum	V6000 cGy ≤ 5,0 %	0,9 %	

3 Important | 0 goals
4 Less Important | 0 goals
Report Value Only | 0 goals
1 structure with no goals





Maken optimaal plan

- Beperkte sturing prioriteiten – complexe plannen lastig
- Tussenversies niet bewaard
- Uiteindelijk plan (IMRT of VMAT) kan iets afwijken

- *Prioteitensettings basisplan worden gebruikt voor adaptief plan*



Mobius

Browser address bar: <https://mobius3dethos.bvi.nl>

Navigation: Patients | MobiusAdapt Patient Session | DICOM Activity | Tools

User: Michiel Van Den Bosch (mbh) | Log out

Search: AdaptProst04 - AdaptProst04 | Filter by approval

Patient	Received ↓	Result
AdaptProst04 AdaptProst04	11:52 AM 5 minutes ago	✓ Pass

← Previous · Showing 1–1 of 1 · 25 per page · Next →

5 Plans:

Plan: IMRT Prostate RT Intent Revision 6, IM113 ; 6 MV Dynamic 63.2 Gy (Max Dose)

Dr. Unknown; FLUORIET_ETHOS, 20 Fraction(s) (Instituut Verbeeten (Tilburg))

All DICOM files received (Plan: Wed, Nov 6, 2024, 11:52 AM) ▾

Plan Check finished. (Wed, Nov 6, 2024, 11:57 AM) ▲

Plan Type settings applied: Conventional Fractionation

Targets	DVH Limits	3D Gamma	Deliverable	Approvals
✓	✓	✓	✓	(No Approvals)

Checked with Mobius3D v4.0.2

Approve View Plan Check

Plan: IMRT Prostate RT Intent Revision 4, IM109 ; 6 MV Dynamic 62.9 Gy (Max Dose)

Dr. Unknown; FLUORIET_ETHOS, 20 Fraction(s) (Instituut Verbeeten (Tilburg))

All DICOM files received (Plan: Tue, Nov 7, 2023, 2:52 PM) ▾

Plan Check finished. (Tue, Nov 7, 2023, 2:56 PM) ▲

Plan Type settings applied: Conventional Fractionation

Targets	DVH Limits	3D Gamma	Deliverable	Approvals
✓	✓	✓	✓	(No Approvals)


Checked with Mobius3D v4.0.2

Approve View Plan Check

Passing Rate	Criteria	Reference Dose	Threshold Dose	TPS Voxels	M3D Voxels
100.0% ✔	3% / 2 mm	63.2 Gy (Max Dose)	6.32 Gy	2.5 mm	2.5 mm


Transverse Gamma
Transverse Isodose
Coronal Gamma
Coronal Isodose
Sagittal Gamma
Sagittal Isodose
Slice Viewer

Transverse Plane at 0 cm from Isocenter




ROI 'Body' used as external surface; density outside of 'Body' set to zero.

Vertical Dose Profile



Horizontal Dose Profile




Solid: TPS; Dashed: Mobius3D

Gamma	M3D Dose
■	≥2.0 Hottest
■	1.5 Hotter
■	1.0 Hot
■	-1.0 Cool
■	-1.5 Cooler
■	≤-2.0 Coolest



Werklijst toestel

Time	Patient	Primary Oncologist	RT Intent	
11:00AM	 Patient1 ID: 001	11 Maand 1970 (54) Male	Prostate ⓘ Delivered Sessions: 5/20	 
12:45PM	 Patient2 ID: 002	11 Maand 1970 (54) Male	Esophagus ⓘ Delivered Sessions: 15/23	
12:55PM	 Patient3 ID: 003	11 Maand 1970 (54) Male	Lung Right ⓘ Delivered Sessions: 13/30	
13:10PM	 Patient4 ID:004	11 Maand 1970 (54) Male	Prostate ⓘ Delivered Sessions: 30/35	
13:20PM	 Patient5 ID:005	11 Maand 1970 (54) Female	Uterus ⓘ Delivered Sessions: 29/30	
13:40PM	 Patient6 ID:006	11 Maand 1970 (54) Male	Prostate ⓘ Delivered Sessions: 20/35	
13:50PM	 Patient7 ID:007	11 Maand 1970 (54) Female	Esophagus ⓘ Delivered Sessions: 5/28	
14:00PM	 Patient8 ID:008	11 Maand 1970 (54) Male	Lung Right ⓘ Delivered Sessions: 10/15	
14:10PM	 Patient9 ID:009	11 Maand 1970 (54) Male	Lung Right ⓘ Delivered Sessions: 12/15	
14:20PM	 Patient10 ID:010	11 Maand 1970 (54) Male	Lung Right ⓘ Delivered Sessions: 2/5	
14:30PM	 Patient11 ID:011	11 Maand 1970 (54) Male	Esophagus (Revision 1) ⓘ Delivered Sessions: 1/5	



CBCT

Scan

CBCT Mode:

Energy [kV]: 125

Exposure [mAs]: 470.35 Auto

Reconstruction Mode:

Extended CBCT:

Details

CTDIvol [mGy]	8.94
DLP [mGy * cm]	210.2
Scan time [s]	5.9
Diameter [cm]	53.8
Range [cm]	20.4
Matrix [pixel]	512
Thickness [mm]	2.0

kV_354_6a - 10/28/2024 11:10 AM - 354.4"

R L


0 100%

Anode HU [%] 19

24:05:35




Influencers



Structuren die target beïnvloeden (hardcoded). A.I. ingetekend



Targets



Oorspronkelijk CTV's vervormd met kennis influencers



Planselectie

Targets

- CTV Prostate
1 goal: Scheduled, Adapted
- CTV SeminalVesicle
1 goal: Scheduled, Adapted
- PTV_6000
5 goals: Scheduled, Adapted

Organs

- Bladder
5 goals: Scheduled, Adapted
- Rectum
5 goals: Scheduled, Adapted

Verification Structures

- Body
1 goal: Scheduled, Adapted
- High-density structures
No goal defined

Scheduled Plan | Adapted Plan

Scheduled Plan: CBCT: KVCBCT_06a01 Axial

W: 500 HU L: 50 HU

Sagittal: I 26,01 cm +0,05 cm

Coronal: I 40,00 cm 49/102 -0,40 cm

I 26,01 cm +0,05 cm

Volume [%] vs Dose [cGy]

--- Reference Plan
— Scheduled Plan

Dose [cGy]	Reference Plan Volume [%]	Scheduled Plan Volume [%]
0	100	100
50	100	80
100	100	40
150	100	15
200	100	5
250	100	2
300	100	0
317	0	0

Onderwater: berekening op sythetische CT ipv CBCT



Vervolgstappen

- Secondaire dose check: Mobius
- Controle CBCT → Match
- Stralen



Introductie in Instituut Verbeeten

- Prostaat zonder klieren, enkel 60Gy
- 1 locatie
- Multidisciplinair projectteam
- Site-visit, demo Varian
- Testomgeving slechts 6 weken beschikbaar




Projectstappen algemeen

- Verkenning, opdoen kennis
- Ontwikkelen werkinstructies
- Testen
- Updaten werkinstructies
- *Risico inventarisatie*
- Updaten werkinstructies
- Scholing
- Go/no go
- Start (1^e patiënt)
- Evaluatie



Projectstappen adaptieve RT



- Verkenning, opdoen kennis
- Ontwikkelen werkinstructies
- Testen
- Updaten werkinstructies
- *Risico inventarisatie*
- Updaten werkinstructies
- Scholing
- Go/no go
- Start (1^e patiënt)
- Evaluatie




Projectstappen adaptieve RT

- Verkenning, opdoen kennis
- *Risico inventarisatie*
- Ontwikkelen werkinstructies
- Testen
- Updaten werkinstructies
- *Updaten risico inventarisatie*
- Updaten werkinstructies
- Scholing
- Go/no go
- Start (1^e patiënt)
- Evaluatie



Stap 1: processtappen

Adaptieve Ethos workflow (d.d. 9-9-2023)




- Geen wijzigingen
- (Mogelijke) wijzigingen
- N.V.T.

Doel: in kaart brengen wie mee kan denken



Stap 1: processtappen

Adaptieve Ethos workflow (d.d. 9-9-2023)



Verduidelijking termen en afkortingen:

- * P2C = eigen elektrisch patiënt dossier programma
- * JiveX = PACS
- * Plan info = eigen programma voor controles, zie stroomschema
- * Schedule info = eigen programma voor controles, zie stroomschema
- * Stoplicht portaal = intern registratie en communicatie formulier adaptieve bestraling long, bix, shift tumor
- * R-schijf = netwerkschijf waar bestanden tijdelijk worden opgeslagen
- * SaaS = server appliance (TPS Ethos)
- * ICB = centrale patiëntbespreking
- * BLV = laboranten bestralingsuitvoering
- * TP = treatment planning
- * poli RT = polikliniek RT
- * KF = klinische fysica
- * RTO = radiotherapeut
- * KFM = klinisch fysisch medewerker

- Geen wijzigingen
- (Mogelijke) wijzigingen
- N.V.T.

Opgeslagen in deze

Doel: in kaart brengen wie mee kan denken



Stap2: sessies

- Complex proces, veel deelstappen
- 2 delen:
 - Bestralingsvoorbereiding
 - Bestralingsuitvoering
- Onafhankelijke personen, aangevuld met expert projectteam voor toelichting
- Alle stappen doorlopen, risico's bedacht
- Maatregelen via projectgroep

Frequentie	Ernst			
	Catastrofaal Ca	Groot Gr	Matig Ma	Klein Kl
Wekelijks We	Zeer hoog	Zeer hoog	Hoog	Laag
Maandelijks Ma	Zeer hoog	Hoog	Laag	Zeer laag
Jaarlijks Ja	Hoog	Laag	Laag	Zeer laag
Minder dan 1x perjaar <Ja	Laag	Zeer laag	Zeer laag	Zeer laag



Uitkomst PRI

- Nuttig om risico's vroeg in vizier te krijgen
- Maatregelen waar nodig is
- Maatregelen waar makkelijk kan

- Met werkwijzes/maatregelen: max risico score = laag

- Bijzonderheden:
 - Meningen versus getallen
 - Onduidelijk in organisatie wie akkoord geeft

- PRI geupdated aan hand van eerste 100 fracties

- Bij introductie adaptieve RT blaas PRI 'vertaald'



Voorbeelden risico's

- Bestralingsvoorbereiding
- Bestralingsuitvoering



Voorbeelden risico's

- Bestralingsvoorbereiding
- Bestralingsuitvoering

Voorzien

Niet voorzien



Bestralingsvoorbereiding

Intake

Patiënten adaptieve RT toegezegd maar


- Contra-indicatie
- Ander behandelingschema

Acties: inlichten patiënt, omzetten naar niet-adaptief

Maatregelen: - (her)instructie RTO

- patiëntfolder aangepast dat er een kans voor niet-adaptief is





Bestralingsvoorbereiding


Treatment planning systeem

- Bestralingsplannen maken in TPS Ethos is nieuw
- ARIA in gebruik voor overige toestellen
 - meer inzicht in planeigenschappen (zoals beams-eye-view)
 - werkwijzen plancontrole bekend
 - controle scripts mogelijk

Maatregel: Ethos plan naar Aria sturen

- 1 werkwijze voor alle plannen
- 1 systeem voor terugzoeken plan bij herbestraling

Adaptief plan wel maken in Ethos TPS




Bestralingsvoorbereiding

Treatment planning systeem

- Hulpconstraints voor nog beter sparen OAR
- Risico dat plan wordt afgekeurd bij hulpconstraint
- Maatregelen:
 - .1 als indicatie hulpconstraint
 - overleggen wanneer afwijkend

<input checked="" type="checkbox"/>	Bladder	V4000 cGy ≤ 50,0 %	20,9 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Bladder	V4800 cGy ≤ 25,0 %	15,2 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Bladder	V6000 cGy ≤ 5,0 %	1,3 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Rectum	V4000 cGy ≤ 60,0 %	24,9 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Rectum	V5700 cGy ≤ 15,0 %	8,3 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Rectum	V6000 cGy ≤ 5,0 %	1,9 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Bladder	V2000 cGy ≤ 48,1 %	44,1 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Rectum	V2000 cGy ≤ 65,1 %	61,8 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Bladder	V3500 cGy ≤ 30,1 %	26,1 %		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Rectum	V3500 cGy ≤ 35,1 %	31,7 %		▼




Bestralingsuitvoer

Benodigdheden

- Ethos niet beschikbaar (storing, onderhoud,..)
- Team incompleet (ziekte, ander tijdstip vanwege chemo,..)

Maatregel:


- Meeschuiven met team
- Ethos andere locatie
- 1 fractie niet-adaptief bestralen op ander toestel (liefst Halcyon)




Bestralingsuitvoer

A.I. intekeningen van influencer


(CB)CT




MRI



(CB)CT



- Intekeningen groter in testomgeving
- A.I. tekent prostaat op CBCT groter in dan RTO (die ook MRI gebruikt)



A.I. ziet CBCT, geen MRI


- Bij basisplan op planning CT
 - Grijs vlek op CT intekenen als influencer zonder kennis MRI
 - CTV intekenen met kennis MRI
 - Verhouding influencer : CTV
- Bij adaptief plan op CBCT
 - A.I. tekent grijs vlek in
 - Aanpassen met kennis pCT (bijv controle dat markers erin vallen)
 - CTV wordt gemaakt aan hand van info influencers
 - CTV intekenen controleren kennis pCT + volume & lengte check



Bestralingsuitvoer

Influencers → targets

- Influencers akkoord maar target vreemd (bijv gekke uitschieter)
- Voorbeeld: blaas adaptief



Bestralingsuitvoer


Influencers → targets

Planning CT



CBCT






Bestralingsuitvoer

Deformaties van targets


Planning CT



CBCT




- Targets uit pCT worden gedeformeerd met kennis influencers
- Huidige maatregel 'controle target intekening' dekt
- Extra maatregel: afspraken/regels intekenen influencers




Bestralingsuitvoer

Berekening adaptief plan


CBCT



sCT




- HU waardes CT betrouwbaarder dan CBCT
- CT deformeren naar CBCT → synthetische CT
- sCT niet zichtbaar
- sCT moeite met “nieuwe” of verdwijnen structuren



Bestralingsuitvoer


sCT bij verdwijnen luchtbel

CT



CBCT






Bestralingsuitvoer


sCT bij verdwijnen luchtbel

CBCT




sCT





Luchtbel op (CB)CT

- planningCT
 - Structurele afwijking
 - Lucht forceren naar water
- CBCT
 - Incidentele afwijking, kan ook optreden bij niet-adaptief
 - Op 1^e CBCT (voor intekenen): ontlichten
 - Op 2^e CBCT (plan klaar): accepteren of ontlichten




Bestralingsuitvoer

Aantal ME


- Aantal ME gerelateerd aan:
 - Fractiedosis
 - Grilligheid segmenten. 6 MV FFF niet vlak
 - Behandeltechniek (IMRT/VMAT)
- Verhouding ME en fractiedosis

Aantal ME basisplan




Aantal ME adaptief plan

Delta4 meting





Evaluatie: eerste 7 prostaatpatiënten



Meting (plan p5)

- Measured 5-4-2024 16:41
- IMRT Prostate RT Intent Revision 0
- Field 1 180°
- Field 2 140°
- Field 3 100°
- Field 4 60°
- Field 5 20°
- Field 6 340°
- Field 7 300°
- Field 8 260°
- Field 9 220°






4,0000 Gy
0,0200 Gy


Abs. dose

Isodoses

- 10 %
- 20 %
- 30 %
- 40 %
- 50 %
- 60 %
- 70 %
- 80 %
- 90 %

Structures






Resultaten

Plan	Pass rate (3%/1mm)
Patient1	97.2%
Patient2	95.2%
Patient5	96.2%



Berekening TPS correct


Afstralen duurt langer



Oorzaken

- Kleinere volumes OAR, meer moeite bij optimalisatie
- Geen ME constraint bij optimalisatie





Bestralingsuitvoer

Checklist prostaat

CT	Z cau	Z cran	Totaal
Influencer prostaat			0
CBCT	Z cau	Z cran	Totaal
Influencer prostaat			0

Verschiil 0

CT	Aantal CC
CTV prostaat	
CTV SV	

CT	Aantal cm
Basis SV	

Groen	Akkoord, geen overleg nodig
Oranje	Na rx overleg met KF
Rood	Direct contact met RTO/KF

Beheer: Lennart Mesch

Versie: 11-04-2024

Beoordelen & Accepteren CBCT		Beoordelen Influencer Structures	Beoordelen Target Structures							Beoordelen van de plannen					Mobius controle	Selecteren plan / Sign-off	Controle CBCT	Laboranten		Opmerkingen
KF		RTO	RTO							KF					KF	KF	KF	Initialen laborant 1	Initialen laborant 2	
Fractie	Body buiten FOV CBCT	Luchtbel	Verschiil Z-waarden prostaat	Aantal CC prostaat (start)	Aantal CC SV (start)	Aanpassing nodig?	Aantal CC prostaat (eind)	Aantal CC SV (eind)	Aantal cm Basis SV	Propagatie	Afwijking Body (thv PTV)	Afwijking High-density structures (thv PTV)	Clinical goals: waardes rood	Hotspot buiten doelgebied	Aantal ME	Schildjes	Keuze behandel plan	Controle doelgebied	Initialen laborant 1	Initialen laborant 2
1	Nee	≤ 3 cm				Nee				Nee	Nee	Nee	Nee	<2500	Beide groen	Adaptief	Luchtbel s3cm			
2	Ja	> 3 cm				Ja				Ja	Ja	Ja	Ja	2500-3000	1 Oranje	Scheduled	Luchtbel > 3cm			
3														>3000	1 Rood		Buiten PTV Shift >5mm			
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

Code Rood →



Bestralingsuitvoer

Wachtwoord elders gewijzigd

Targets

- CTV_6600
- Derived Targets
- PTV_6600

Session Image

Reference Image

CBCT: KVCBCT_03a01

Axial CT: BEKKEN

Log in to Contour Editing

User name: ***

Password:

⚠ The user name or password is incorrect.

Log In Cancel

W: 500 HU L: 50 HU I 40,00 cm 54/93 +0,40 cm W: 500 HU L: 50 HU I 40,00 cm 57/140 +0,50 cm

Sagittal Coronal

I 22,13 cm -0,05 cm I 22,13 cm -0,05 cm I 22,13 cm 0,00 cm I 22,13 cm 0,00 cm

Next Edit Contours Reset Contours



Bestralingsuitvoer


Bestralingsduur

Blaasvulling
Ongemak

Hervatten procedure
Niet-adaptief bestralen (ander toestel)

Casus: snel doorlopen procedure icm scheduled plan
Niet aan te raden:

- Geen feedback match
- Bij snelle intekening ook geen feedback over covering




Bestralingsuitvoer

Bestralingsduur


- Leercurve duurt langer
 - Testomgeving slechts paar weken tot onze beschikking
 - Leren op toestel





3D geprint fantoom voor adaptief





Bestralingsuitvoer

- Toetsing bekwaamheidsniveau
- Processtappen KF & RTO
- Gecontroleerd naar RTT only

Intercollegiale toetsing - (Controle) CBCT & Mobius

Met deze verklaring geef je aan of je wel/niet bekwaam bent voor het zelfstandig uitvoeren van de adaptieve radiotherapie prostaat.

Ik verklaar mijzelf bekwaam voor het zelfstandig uitvoeren van de adaptieve radiotherapie prostaat. De volgende onderdelen kan ik zelfstandig uitvoeren:

- Beoordelen & Accepteren CBCT
- Mobius controle
- Controle doelgebied op Controle CBCT

Naam: _____

Beoordeling Klinisch Fysicus

Ik verklaar hierbij de bovengenoemde collega bekwaam op de hiervoor genoemde onderdelen.

Naam: _____

Datum: _____

Handtekening: _____ /



Dankwoord

Adaptieve RT

- Ada Oele
- Marion Essers
- Sandra Hol
- Lennart Mesch
- Evelien Peijs
- Agnes Keursten
- Bas Verhoeven
- Mariska van de Sande
- Evelyn de Jong

PRI

- Sietske van Komen
- Anke van Pelt
- Esther Raaijmakers